

GEKO

Certifikát kalibrace

Název produktu: Momentový klíč 1/2 330N / Sériové číslo: T231002244

Typ : Mechanické zařízení / Kalibrační zařízení: XMKJ-500-003

Rozsah : 50-330N / Přesnost kalibračního zařízení (+/-3%): 0,40%

Nastavení momentu /	/ Odečty ve směru hodinových ručiček /	Max % chyby
66	66,5 / 66,45 / 66,36	0,66
198	201.26 / 201.22 / 201.33	1.6
330	337.39 / 336.13 / 335.86	1.96

Výsledky: Naměřené hodnoty jsou v souladu s požadavky na přesnost ISO 6789 a ASME B107.14M Důrazně se doporučuje, aby byl klíč znovu zkalibrován nejpozději po 5 000 cyklech nebo nejpozději do 12 měsíců po datu uvedení do provozu, podle toho, co nastane dříve.

Kalibrováno / XIE JIANHUA / Datum: 2023/10/25

Tato tabulka shrnuje klíčové informace z certifikátu kalibrace pro momentový klíč značky GEKO, včetně jeho výsledků a doporučení pro další kalibraci.